

4.22交单

化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	高压氧室	医疗设备名称	单人氧气加压舱
参数要求	一、拟购置设备的实质性条款（“★”号参数）： 舱体直径：800mm~900mm 舱体长度：2200mm~2800mm 舱体容积：1.13m <sup>3</sup> ~1.6m <sup>3</sup> 舱门：偏心轮锁紧，采用充气密封原理充气密封。 二、拟购置设备的重要条款（“▲”号参数） 照明窗：150mm~160mm 观察窗：150mm~160mm 摄像窗：65mm 舱内湿度 > 70%舱内压力 ≤ 0.2MPa 三、拟购置设备的其他参数（含可维护性） 升降压速率：0.008~0.05MPa/min 舱内温度：24~28 ± 2℃ 舱内噪音：≤55Db(A)输入功率 ≤ 0.9kVA		
每台医疗设备配置清单要求	氧舱加湿 1 套、智能温控仪 1 只、智能湿控仪 1 只、报警对讲机 1 只、测氧仪 1 只、传感器 1 只、摄像机 1 只、显示屏 1 只、空调外机 1 台、应急电源 1 台、压力表 6 只		
质保年限要求（年） （从主机及配套设备质保期方面描述）	售后服务为生产厂家负责，保修期限不少于 1 年，并提供终身维护。		
其他要求	设备到货验收后，必须免费安装调试至能正常使用，并免费培训操作。		
申请科室质控小组意见	同意申购 签名：何志华 日期：2015.12.8		
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。		