

化州市人民医院医疗设备技术参数要求表

申请科室	消毒供应中心	医疗设备名称	超声波清洗机
参数要求	一、拟购置设备的实质性条款（“★”号参数）： 二、拟购置设备的重要条款（“▲”号参数） 1. 材质：2.0mm 厚 304 不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点 2. 快速管路设计：U 型排水管路含进口排水泵，排水时间≤4min 三、拟购置设备的其他参数（含可维护性） 1. 容积：≥80L 2. 开门方式：自动升降门、篮筐可随门一起升降。具有门障碍保护功能。 3. 密封方式：硅橡胶胶条压紧密封 4. 核心配件：国产优质进水电磁阀、进口品牌排水泵； 5. 单频电源 40KHZ，扫频功能，功率可调 6. 换能器：工业级高 Q 值换能器，机电转化效率>90% 7. 控制方式：工业级单片机芯片；100-240VAC 宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；触摸面板操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。 8. 界面显示：128*64 点阵液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能。 9. 温度指示器 数字式温度控制方式，抗干扰能力强，使用寿命长。 10. 安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；电机过流保护：设备门电流过载时，过流保护开关动作，切断电机电源；加热管防干烧保护 11. 运行时间：依据设定时间而定 12. 清洗温度：40℃（推荐温度）30℃～80℃可调 13. 加热方式：电加热 9.0kw 14. 超声频率：单频：40KHZ 15. 超声功率：2000w 16. 使用寿命：8 年		
每台医疗设备配置清单要求	主机一台，合格证一份		

质保年限要求（年） （从主机及配套设备质保期方面描述）	质保五年
其他要求	
申请科室质控小组意见	签名: 陈慧燕、宋秋豫、曾美莲、张源欣 日期: 2026.7.1
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。